



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๒๕๓๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง ด้วยเงินบริจาค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียงๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการลงนามในข้อตกลง หรือสัญญา

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวมะลิวรรณ อังคนิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพศาล ตีลาเกตุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพีระพงษ์ แข็งแรง)

อนุมัติ




นายอินยง ไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายณรงค์ชัย สังขา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นายอุบล รัตนพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ คือ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าจำนวน ๔ เตียง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบริจาคโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 - ๔.๑ บริษัท ป๊อบ เมติก แอนด์ เทรดตั้ง จำกัด
 - ๔.๒ ร้าน เอส เทรดตั้ง จำกัด
 - ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ศิริเขต
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวมะลิวรรณ	อังคนิตย์	ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
๒. นายไพศาล	ศิลาเกตุ	ลงชื่อ.....  กรรมการ
๓. นายพีระพงศ์	แข็งแรง	ลงชื่อ.....  กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

โครงสร้างของเตียง

- โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กเคลือบสี มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๕ เซนติเมตร
- มีที่ใส่เสาน้ำเกลือ ทั้งด้านหัวเตียงและท้ายเตียง รวมทั้งหมด ๔ จุด

ส่วนรองรับตัวคนไข้

- ส่วนรองรับตัวคนไข้ แบ่งเป็น ๔ ตอน ตามสรีระของผู้ใช้ ดังนี้
 - ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๔x๗๕ เซนติเมตร
 - ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๔x๑๘ เซนติเมตร
 - ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๔x๓๓ เซนติเมตร
 - ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๔x๕๔ เซนติเมตร จากหัวไปท้ายตามลำดับ
- พื้นเตียงทำด้วยแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมปั๊มขึ้นรูป ส่วนบนแผ่นเหล็กมีช่องระบายอากาศขนาดของแต่ละช่องไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕ ช่อง เพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดี มีความแข็งแรง ทนทาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

หัวเตียง และปลายเตียง

- หัวเตียงและปลายเตียงทำจากABSฉีดขึ้นรูป สามารถถอดเข้า - ออกได้ มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๔๗ cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๙๑ cm.หนาไม่น้อยกว่า ๔ cm.
- มีที่เลียบหัวเตียงและท้ายเตียงทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสามารถเลียบและถอดหัวเตียงและท้ายเตียงได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
- มีก้นนอนอยู่ที่มุมเตียงทั้งสี่มุมมีลักษณะเป็นลูกกลมมนได้รอบตัว
- มีที่เลียบป้ายชื่ออยู่บริเวณปลายเตียง

ราวข้างเตียง

- เป็นราวสไลด์ชนิดสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๖x๔๐ เซนติเมตร มีปุ่มล็อกเมื่อตั้งราวขึ้น และปุ่มปลดล็อกเมื่อต้องการพับราวลง

ล้อ

- ขนาดของล้อทั้ง ๔ ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
- ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
- ยางหุ้มล้อทำด้วยยางสังเคราะห์ มีความแข็งแรง
- มีระบบล็อกล้อพร้อมกัน ๔ ล้อ (Central Lock) เป็นระบบแกนเหยียบเท้าขึ้นเดียว บริเวณปลายเตียง

การปรับระดับ

- ปรับระดับเตียง โดยระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลและระบบไกหมุน ในการปรับระดับสามารถปรับระดับเตียงได้ ๓ ระดับ ดังนี้
 - ๑. ปรับระดับเอนหลังขึ้นลงได้ประมาณ ๐ - ๗๕°
 - ๒. ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงได้ประมาณ ๐ - ๔๐°
 - ๓. ปรับระดับต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๕ ซม. และสูงสุดได้ไม่เกิน ๘๕ เซนติเมตร จากพื้นถึงเบาะ

ส่วนของเบาะ

- ชั้นล่างทำด้วยใยมะพร้าว ส่วนชั้นบนทำด้วยฟองน้ำ
- ความหนาของเบาะไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียม
- เบาะแบ่งเป็น ๔ ตอน ตามขนาดของเตียง มีzipสามารถเปลี่ยนแผ่นใยมะพร้าว, ฟองน้ำ และผ้าคลุมได้หากมีการชำรุด

เสาน้ำเกลือ

- เสาน้ำเกลือ ทำด้วยสแตนเลส สามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ได้

มอเตอร์

- มอเตอร์ควบคุมการทำงานมีมาตรฐาน CE ป้องกันน้ำได้สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้านขนาด ๒๒๐ V. และมีแบตเตอรี่สำรอง สามารถใช้งานได้ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

เงื่อนไขเฉพาะ

- กำหนดส่งมอบสินค้า ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
- การรับประกันคุณภาพจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๔ เตียง ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวมะลิวรรณ อังคณิตย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายไพศาล ศิลาเกตุ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพีระพงษ์ แข็งแรง)