







รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
SET เครื่องมือ Phacoemulsification  
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

1. ความต้องการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจก มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับผ่าตัดต่อกระจก
3. คุณสมบัติทั่วไป
  - 3.1 เป็นชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วยวัสดุการแพทย์ชนิดต่างๆ
  - 3.2 เครื่องมือทำจาก Stainless Steel หรือวัสดุอื่นสำหรับใช้ทางการแพทย์
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
  - 4.1 กรรไกรสำหรับตัดไหม ปลายแหลมทั้งสองข้าง ชนิดตรง จำนวน 1 อัน
  - 4.2 คีมตัดหรือหักเข็มเย็บแผล แบบคาสโตรวิจี้ จำนวน 1 อัน
  - 4.3 คีมจับเข็มเย็บแผล แบบบาราแคร์ ปากคีมโค้งยาว 9 มม. ปลายขนาด 0.5 มม. ชนิดมีลิ้นคอก จำนวน 1 อัน
  - 4.4 ปากคีบจับไหม แบบเจฟฟี มีเขี้ยวขนาด 0.12 มม. มุม 90 องศา จำนวน 1 อัน
  - 4.5 ปากคีบจับเลนส์แก้วตาเทียม หรือจับไหม แบบเคลแมน-แมคเฟอร์สัน จำนวน 1 อัน  
ก้านหักมุมยาว 7.5 มม.
  - 4.6 ปากคีบเลาะถุงหุ้มเลนส์ แบบยูทราท่า ปลายมนหักมุม จำนวน 1 อัน
  - 4.7 ด้ามมีดเฉาะเลนส์ แบบนากาฮาระ ใบมีดทำมุม 60 องศา จำนวน 1 อัน
  - 4.8 ตะขอเลื่อนเลนส์ แบบชินสกี ด้ามแบน ปลายหักมุม ขนาด 0.2 มม. จำนวน 1 อัน
  - 4.9 ตะขอเกี่ยวดันเลนส์ แบบเลสเตอร์ ปลายรูปนาฬิกาทราย ขนาด 0.25 มม. จำนวน 1 อัน  
ก้านหักมุม
  - 4.10 ลูกบีบซิลิโคน พร้อมข้อต่อ และเข็มขนาด 19 เกจ จำนวน 1 อัน
  - 4.11 ลวดถ่างเปลือกตา แบบเครส-บาราแคร์ สำหรับผู้ใหญ่ ขนาดลวด 1 มม. จำนวน 1 อัน
  - 4.12 กล่องใส่เครื่องมือ น้ำหนักเบาพร้อมแผ่นซิลิโคน สำหรับนั่งฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 อัน  
กล่องและฝาเป็นชนิดหนาพิเศษ ตัวปิดล็อคฝาทั้งสองข้างเป็นโลหะ มีขนาด 267 x 160 x 16 มม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสุกิจ นิ่มนวลวัฒนา) (นางสาวณิชนน รังษีจรัส) (นางรัชนิดา เจริญรบ)

## เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๓. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสุกิจ นิมมลวัฒนา) (นางสาวนิชมน รังษีจรัส) (นางรัชนิดา เจริญรบ)