

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

SET เครื่องมือผ่าตัดตาไทย

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

1) ความต้องการ อุปกรณ์การแพทย์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2) คุณลักษณะทั่วไป วัสดุประสงค์ในการใช้งาน

3) คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เป็นชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วยวัสดุการแพทย์ชนิดต่างๆ

3.2 เครื่องมือทำจาก Stainless Steel หรือวัสดุอื่นสำหรับใช้ทางการแพทย์

4) คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1	ตะขอเกี่ยวดันเลนส์ แบบเลสเตอร์ ปลายรูปนาฬิกาทราย ขนาดไม่น้อยกว่า 0.25 มม. ก้านหกมุม	จำนวน 1 อัน
4.2	ตะขอเลื่อนเลนส์ แบบชินสกี้ ด้ามแบบ ปลายหกมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.2 มม.	จำนวน 1 อัน
4.3	ด้ามมีดเฉาเลนส์ แบบนากระาร่า ใบมีดทำมุ่มไม่น้อยกว่า 60 องศา	จำนวน 1 อัน
4.4	ลูกบีบซิลิโคน พร้อมข้อต่อ และเข็มขนาดไม่น้อยกว่า 19 เกจ	จำนวน 1 อัน
4.5	เข็มปล่อยอากาศ แบบไครอฟต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 เกจ	จำนวน 1 อัน
4.6	เข็มปล่อย และดูดของเหลว แบบชิมโก้ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 เกจ	จำนวน 1 อัน
4.7	ด้ามมือจับ สำหรับให้น้ำผ่านเข้าออก แบบแมคคินไทร์	จำนวน 1 อัน
4.8	กรรไกรตัดเลากระจาดta แบบคาสโตรวิจิ้ง ในมีดโค้งขวา	จำนวน 1 อัน
4.9	กรรไกรตัดเลากระจาดta แบบคาสโตรวิจิ้ง ในมีดโค้งซ้าย	จำนวน 1 อัน
4.10	กรรไกรตัดเนื้อยื่อตاخา แบบเวสต์คอตต์ ชนิดปลายมน ในมีดโค้งขวา	จำนวน 1 อัน
4.11	กรรไกรตัดเนื้อยื่อ แบบสเตริน-กิลส์ ส่วนคอมกรรไกรไม่น้อยกว่า 10 มม.	จำนวน 1 อัน
4.12	กรรไกรผ่าตัดกล้ามเนื้อตา ปลายตรง	จำนวน 1 อัน
4.13	ปากคีบจับเนื้อยื่อ แบบบีชอป-ไฮร์มอน มีเขียว ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6 มม.	จำนวน 1 อัน
4.14	ปากคีบจับไหม แบบเจฟฟี่ มีเขียวขนาดไม่น้อยกว่า 0.12 มม. และมุน ไม่น้อยกว่า 90 องศา ด้ามแบบมีรูกลมเรียงตามยาวของด้ามเพื่อให้จับถนัดขึ้น	จำนวน 1 อัน
4.15	ปากคีบจับเลนส์แก้วตาเทียม หรือจับไหม แบบเคลเมน-แมคเฟอร์สัน ก้านหกมุมยาวไม่น้อยกว่า 7.5 มม. ด้ามแบบมีรูกลมเรียงตามยาวของด้าม เพื่อให้จับถนัดขึ้น	จำนวน 1 อัน

ลงชื่อ.....วันเดช.....ประยานกรรมการ ลงชื่อ.....พิรุณ พากนก.....กรรมการ ลงชื่อ.....ก......กรรมการ

(นางสาววิภาดา เสรีรัตน์)

(นางรัชนิดา เจริญรุบ)

(นางสาวพวงทอง พันโนภู)

4.16	ปากคีบเลาถุงหุ้มเลนส์ แบบยูทราท่า ปลายมนหักมนุ	จำนวน 1 อัน
4.17	ปากคีบจี้ห้ามเลือดแบบจูเวลเลอร์ ปลายตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.25 มม.	จำนวน 1 อัน
4.18	คีมจับเข็มเย็บแพล แบบบาราแคร์ ปากคีมโค้งยาวไม่น้อยกว่า 9 มม. และปลายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ชนิดมีล็อก	จำนวน 1 อัน
4.19	漉ดถ่างเปลือกตา แบบเครส-บาราแคร์ สำหรับผู้ใหญ่ ขนาดลวดไม่น้อยกว่า 1 มม. จำนวน 1 อัน	จำนวน 1 อัน
4.20	ตะขอเกี่ยวกล้ามเนื้อตากแบบเจมสัน ขนาดเล็กจะเอียด	จำนวน 1 อัน
4.21	กล่องใส่เครื่องมือ น้ำหนักเบาพร้อมแผ่นชิลิคอน สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อโรค กล่องและฝาเป็นชนิดหนานพิเศษ ตัวปิดล็อกฝาทั้งสองข้างเป็นโลหะ มีขนาดไม่น้อยกว่า 267 x 160 x 16 มม.	จำนวน 1 อัน
4.22	คีมดัดหรือหักเข็มเย็บแพล แบบคาสโตรวิจี	จำนวน 1 อัน

เงื่อนไขอื่นๆ

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือ ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
- ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้า เครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ.....วิภาดา.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กิตติ์ วงศ์.....กรรมการ ลงชื่อ.....พันโนภูว์.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา เสรีรัตน์) (นางรัชนิดา เจริญรบ) (นางสาวพวงทอง พันโนภูว์)