

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (Single-use sterile rubbers gloves)

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ความต้องการ ถุงมือปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณลักษณะทั่วไป เป็นถุงมือที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นถุงมือที่ทำจากยางธรรมชาติ ไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
๒. ความยาวของถุงมือจากข้อมือที่ม้วนขอบถึงปลายสุดของนิ้วกลาง จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ มม.
๓. ถุงมือทุกคู่จะมีคุณลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุด และไม่บีบรัดมือจนเกินไป ความยาวของถุงมือไม่สั้นเกินไป สามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วมือได้พอดี
๔. ถุงมือมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร, เป็นสีขาว
๕. แบ่งที่ใช้คลุกถุงมือเพื่อช่วยในการสวมใส่นั้นเป็นแบ่งคลุกถุงมือที่ใช้ในวงการแพทย์ และได้มาตรฐานตาม U.S.P. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ป่วย
๖. เนื้อยางมีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน มีค่าความยืดตัว
๗. ถุงมือทุกคู่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน
๘. ผลิตภัณฑ์บรรจุในซองเดี่ยว ซองละ ๑ คู่ มีสัญลักษณ์บอกขนาดถุงมือให้เห็นชัดเจน และผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว โดยรังสีแกมมา
๙. กล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่สะอาดห่อหุ้มมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันความเสียหาย ระบุ Lot No วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุข้างกล่องและข้างซองที่บรรจุชัดเจน
๑๐. ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง (๕๐ คู่/กล่อง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางเพียงใจ เวชวงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุดาดวง พัฒนสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจรรุพัตร์ สุขุมาลพิทักษ์)

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญา หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหา โดยมีการยืนยันจากคณะทำงานประเมินผลการใช้เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาล และจะไม่นำมาพิจารณาอีกต่อไป
๓. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๔. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางเพียงใจ เวชช่วงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุดาดวง พัฒนสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจรรุพัตร์ สุขุมาลพิทักษ์)