



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๓๕๕

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๕๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างติดตั้งไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๖๑,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอนครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างติดตั้งไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางมณฑิชา อัครถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสัจจาพร ไชยรัตน์)

นายยืนยง ไชยงค์ (นายณรงค์ชัย สังขชา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสุภัส รัตนพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อจ้างติดตั้งไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒๖๑,๕๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๒๖๑,๕๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท โฟกัส เมดิคอล จำกัด

๒. บริษัท พีพีที เมดิคอล ซัพพลายส์ จำกัด

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางมณฑิชา อุตถากร

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

๒. นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

๓. นางสาวจภาพร ไชยรัตน์

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะ O2 Flowmeter แบบสองทาง

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดฝาผนังไปป์ไลน์
- เป็นชนิดที่มีหัวเสียบเข้ากับOutletของโรงพยาบาลได้

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.สามารถปรับระดับการไหลของออกซิเจนได้ตั้งแต่ 0-15 L/M
- 2.ปุ่มอัตราการไหลมีสัญลักษณ์แสดงสีเขียว
- 3.โคมบอบปริมาณการไหล (Flowmeter Tube)ใส สามารถมองดูลูกบอลสแตนเลสได้ชัดเจน และมีสีเขียว บอกรปริมาณการไหล 0-15 L/m ที่ 60 PSI
- 4.โคมครอบFlowmeter Tube เป็นวัสดุใสสามารถมองเห็น Flowmeter Tube ได้ชัดเจน
- 5.มีลูกกลอยบอกรปริมาณการไหลเป็นสแตนเลส บรรจุอยู่ในหลอด Flowmeter Tube
- 6.มีหัวต่อ (adapter) ที่สามารถเข้ากับPipeline ของโรงพยาบาลได้
- 7.มีชุดต่อกับเครื่องช่วยหายใจได้
- 8.มีเลขกำกับทุกชุด พร้อมใบสอบเทียบเฉพาะตัว จากโรงงาน (Manufacture calibration)

ใกล้

.....
.....
.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ