



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ ร/o ๐๐๓๓.๑๐๑/๑๖๗๘

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Serofuse centrifuge)

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๘๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Serofuse centrifuge) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Serofuse centrifuge) จำนวน ๑ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอนครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Serofuse centrifuge) จำนวน ๑ เครื่อง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ อ่อนศิลा)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอภิรดี อัปมรกต)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางจันทร์ฉาย พeda พัฒนา)



(นายชาญชัย จันทร์รัชย์กุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายยืนยง ไชยรงค์ (นายผู้รักษาสังฆ) (นายอุบล รัตนพันธ์)
ท่านนักอุ่มงานพัสดุ ท่านผู้เข้าห้องน้ำที่ ๑ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา각กลาง (ราคาก่อสร้าง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องปั่นไฟ centrifuge จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคาก่อสร้าง (ราคาก่อสร้าง) วันที่
เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคาก่อสร้าง (ราคาก่อสร้าง)
สืบราคาจากห้องทดลอง
 ๑. บริษัท แอฟฟินิเทค จำกัด
 ๒. บริษัท ดีมาร์ค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาก่อสร้าง (ราคาก่อสร้าง)
 ๑. นายพิเชษฐ์ อ่อนศิลา ลงชื่อ.....ก. ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวอภิรดี อัปมรกต ลงชื่อ.....ก. กรรมการ
 ๓. นางจันทร์ฉาย โพดาพล ลงชื่อ..... กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกลงกอน (SeroFuge centrifuge)

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นเครื่องปั่นตกลงกอนสำหรับงานธนาคารเลือด
- ๑.๒ ใช้ไฟ ๑๑๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐-๖๐ เฮิรตซ์
- ๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ของ BIORAD / ประเทศไทยเชอร์แลนด์

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๒.๑ เป็นเครื่องปั่นตกลงกอนสำหรับงาน CROSS MATCHING, ANTIBODY SCREEN และอื่นๆ
- ๒.๒ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และมีจอ LCD แสดงความเร็วรอบ (RPM) หรือ แรงเหวี่ยงหนึ่งศูนย์กลาง (RCF) และเวลาในการปั่น
- ๒.๓ ความเร็วสูงสุด ๓๐๐๐ รอบต่อนาที แรงเหวี่ยงหนึ่งศูนย์กลางสูงสุด ๑๐๐๖ ฐ.
- ๒.๔ ตั้งโปรแกรมการทำงาน (ความเร็ว และเวลา) ได้ ๑๐ โปรแกรม
- ๒.๕ มีหัวปั่นบรรจุหลอดทดลองขนาด ๑๐x๗๕ มม. หรือ ๑๒x๗๕ มม ได้ ๑๒ หลอด
- ๒.๖ สามารถถอดหัวปั่นออกจากแกนได้ง่าย และค้ำเทของเหลวได้โดยไม่ต้องนำหลอดทดลองออกจากหัวปั่น
- ๒.๗ ฝาเครื่องเป็นพลาสติกโปร่งแสงสามารถมองเห็นภายในได้
- ๒.๘ มีคู่มือการใช้งาน ๑ ชุด

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๑ ปี
- ๓.๒ ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
- ๓.๓ ผู้จำหน่ายต้องมีช่างที่ได้รับการฝึกอบรม การดูแลรักษา
- ๓.๔ ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ อ่อนศิลป์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอภิรดี อัปมรกต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางจันทร์ฉาย โพดาพล)