

คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการแพทย์

ชุดสลายต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Hand piece phacoemulsification)

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตัวด้ามสลายต่อกระจก จำนวน 1 ชิ้น

1. ตัวด้ามสลายต่อกระจกเป็นรุ่นที่สามารถใช้กับเครื่อง Phaco รุ่นเดิมที่โรงพยาบาลมีอยู่ โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย
2. ตัวด้ามสลายต่อกระจกใช้ความถี่ ไม่เกิน 29.0 KHz
3. ตัวด้ามทำจากไททานเนียมมี Irrigation port ที่มีข้อต่อแบบ Surelock เพื่อป้องกัน สายน้ำหลุด และมี Aspiration Port และ Power cord
4. ตัวด้ามสามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้
5. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
6. สิ้นค้ารับประกัน 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
7. บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์สากล ISO๑๓๔๘๕

ด้ามมือถือสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ จำนวน 1 ชิ้น




1. เป็นด้ามมือถือสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece)
2. ที่ตัวด้ามมี Irrigation port ที่มีข้อต่อแบบ Surelock เพื่อป้องกัน สายน้ำหลุด และมี สาย Power cord
3. ด้ามจะใช้งานร่วมกับ I/A Tips ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยน Tips ได้
4. ตัวด้ามสามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้
5. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
6. สิ้นค้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

TIP ใช้ร่วมกับด้ามมือถือสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ จำนวน 1 ชิ้น

เป็น TIP ใช้ร่วมกับด้ามมือถือสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece) สำหรับเครื่อง Phaco เป็นส่วนหัวล้างและดูดเศษเลนส์ (TIP) ขนาด 0.4 มม. ชนิดปลายตรง สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโดยการ Autoclave และนำกลับมาใช้ใหม่ได้




ถาดสำหรับใส่เครื่องมือ จำนวน 1 ชิ้น

1. สามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้
2. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวณิชนม รังษีจรัส) (นางสาววิภาดา เสรีรัตน์) (นางรัชนิดา เจริญรบ)

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๓. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวณิชนัน รังษีจรัส) (นางสาววิภาดา เสรีรัตน์) (นางรัชนิดา เจริญรบ)