



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบำรุง) โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๘๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๖๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) พันเอก.....ประธานกรรมการ

(ศิวพล บุญรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิบูลย์ เตชะโกศล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉันทชัย พูลลาภ)

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

พันเอก

(ศิวพล บุญรินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จำนวน ๔ เครื่อง หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากห้องตลาด
๑. บริษัท โอลิมปัส (ไทยแลนด์) จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฑูเอ็นฑูที คอนเน็คชั่น
๓. บริษัท ไอเบอล่า จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑. พันเอกศิวพล บุญรินทร์ ประธานกรรมการ
๒. นายวิบูลย์ เตชะโกศล กรรมการ
๒. นายฉันทิชัย พูลลาภ กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๑

ความต้องการ

เครื่องส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จำนวน ๔ กล้อง

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ระบบวิดีโอที่มีความละเอียดสูง มีเลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้า และมีระยะเห็นภาพชัด ๒ โฟกัส มีระบบการเปลี่ยนความยาวคลื่นแสงเพื่อดูความผิดปกติของโครงสร้างเส้นเลือดแบบชัดพิเศษ มีมุมมองภาพที่กว้างถึง ๑๗๐ องศา และมี Light Guide ๓ ดวง เพื่อช่วยมองเห็นเนื้อเยื่อได้ชัดเจน โดยต่อใช้งานร่วมกับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศน และแสดงภาพการตรวจรักษาบนจอมอนิเตอร์

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเลนส์

- มุมมองภาพระยะโฟกัสปกติ (Normal)ขนาด ๑๗๐ องศา
- มุมมองภาพระยะโฟกัสใกล้ (Near)ขนาด ๑๖๐ องศา
- เห็นภาพชัดในระยะโฟกัสปกติ (Normal)ในระยะระหว่าง ๕-๑๐๐ มม.
- เห็นภาพชัดในระยะโฟกัสใกล้ (Near)ในระยะระหว่าง ๒-๖ มม.

๒.๒ ส่วนใช้งาน

- ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า ๑๓.๒ มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่มากกว่า ๑๒.๘ มม.
- ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ มม.
- ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๕ มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า ๓.๗ มม.

๒.๓ ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ ๔ ทิศทาง

- ปรับมุมขึ้นและลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา
- ปรับมุมทางขวาและซ้ายได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ องศา

๒.๔ สามารถตรวจหามะเร็งเบื้องต้นได้โดยใช้แสงแบบ Narrow Band Imaging

๒.๕ รองรับภาพความละเอียดสูงแบบ High definition (HDTV)

๒.๖ การต่อใช้งานกับเครื่องมีลักษณะเป็น Waterproof One-touch Connector สามารถลงน้ำได้โดยปราศจากสิ่งหุ้ม

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐาน แต่ละชุดประกอบด้วย

- | | | |
|--|---|------|
| ๓.๑ อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อน้ำ/ท่อลม และท่อดูด (Injection Tube) | ๑ | ชุด |
| ๓.๒ สายแปรงล้างทำความสะอาด (Channel Cleaning Brush) | ๑ | เส้น |
| ๓.๓ แปรงล้างทำความสะอาด (Channel-opening Cleaning Brush) | ๑ | อัน |
| ๓.๔ ขั้วต่อสำหรับล้าง (Suction Cleaning Adapter) | ๑ | เส้น |
| ๓.๕ ขั้วต่อทำความสะอาดท่อน้ำ/ท่อลม (AW Channel Cleaning Adapter) | ๑ | อัน |
| ๓.๖ วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve; ๑๐ ชิ้น/ท่อ) | ๑ | ท่อ |
| ๓.๗ วาล์วท่อดูด (Suction Valve) | ๑ | อัน |

๓.๘ วาล์วท่อลม/ท่อน้ำ (Air/Water Valve)

๑ อัน


๓.๙ อุปกรณ์ปิดท่อสำหรับทำความสะอาด (Channel Plug)


๑ อัน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน
๒. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบอุปกรณ์
๓. มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยช่างผู้ชำนาญอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
๔. มีคู่มือสำหรับการใช้งานและบำรุงรักษา
๕. เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป, อเมริกา หรือ เอเชีย
๖. ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พันเอก.....  ประธานกรรมการ
(ศิวพล บุญรินทร์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายวิบูลย์ เตชะโกศล)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายฉันทิชย์ พูลลาภ)