



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/

วันที่

๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เตียง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เตียง เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้างและการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เตียง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิจักขณ์ กัญญาคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทองใส คงวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกานต์กนก สุวรรณมาตย์)

นายอินของ ไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายณรงค์ชัย สังขา)

(นายเจริญ นิลสุ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เตียง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบริจาคโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด

๕ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายวิจักขณ์ กัญญาคำ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. นางทองใส คงวัน ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. นายกานต์กนก สุวรรณมาตย์ ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิกพร้อมระบบล้อที่ห้า
ชนิดปรับยกเข้าได้

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นเตียงนอนแบบรถเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบปรับท่าของเตียงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

2. ลักษณะทั่วไป

- 2.1 มีไฮดรอลิกแบบแกนคู่รองรับเตียง โครงสร้างของเตียงทำด้วยเหล็กอบพ่นเคลือบสีป้องกันการเกิดสนิมสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 2.2 แป้นเหยียบควบคุมการปรับเตียงสามารถปรับสูง – ต่ำและทำศีรษะต่ำทำสูงและศีรษะสูงเท้าต่ำติดตั้งด้านข้างของเตียงทั้งด้านซ้ายและขวา
- 2.3 พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ชั้น โดยแผ่นปรับยกหลังสามารถ X-ray ผ่านได้
- 2.4 ฐานเตียงหุ้มด้วยพลาสติกมีความแข็งแรง สำหรับเก็บสัมภาระของผู้ป่วย หรือวางเวชภัณฑ์ ความสะดวกง่าย
- 2.5 มีรูเสียบเสาน้ำเกลือได้ 4 จุด ทั้งด้านหัวเตียงและท้ายเตียง
- 2.6 มีตัวกันกระแทกที่เตียงทั้ง 4 มุม ของเตียง มีลักษณะเป็นลูกล้อซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดแรงเสียดทานและช่วยลดความเสียหายจากการกระแทกจึงช่วยให้เตียงไม่เกิดความเสียหาย
- 2.7 มีมือจับสำหรับเข็นเตียงสามารถติดตั้งได้ทั้งทางฝั่งศีรษะและเท้าของผู้ป่วย และสามารถเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน
- 2.8 มีแป้นเหยียบ ที่หัวเตียงและปลายเตียงซึ่งควบคุมการใช้งานและปลดล๊อคของล้อที่ 5 และระบบเบรคพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ (Central Beak)
- 2.9 รวากันเตียงทำจากสแตนเลสมีจำนวน 6 ซี่ โดยขอบบนทำจากพลาสติก ABS ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงเสียดสีและแรงกระแทก มีก้านปลดล๊อคอยู่ที่ฐานเตียง เมื่อพับรวากันเตียงลงรวากันเตียงจะแนบติดกับเตียงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ป่วย และสามารถยกขึ้นได้ด้วยมือเดียวโดยไม่ต้องปลดก้านล๊อคเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
- 2.10 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จาก FDA CE และ EN01970

HOSPITECH
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
Hospitech co., Ltd.

สถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร: เลขที่ 223/1 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2361-7333 แฟกซ์ : 0-2361-7337
Contacted Office : 223/1 Country Complex Building A, Sanphawut Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel. 66-2361-7333 Fax. 66-2361-7337
ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 308 หมู่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Head Office : 308 Moo 10, Sumrong, Prapadaeng, Samutprakarn 10130 Thailand



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

3. คุณลักษณะเฉพาะ

| | |
|--|---------|
| 3.1 ขนาดของเตียงมีความกว้าง | 74 ซม. |
| และมีความยาว | 210 ซม. |
| 3.2 พื้นที่ที่ผู้ป่วยนอนได้มีความกว้าง | 64 ซม. |
| และมีความยาว | 190 ซม. |
| 3.3 เตียงสามารถรองรับน้ำหนักได้ | 230 กก. |
| 3.4 การปรับระดับความสูง - ตำแหน่งเตียง (ไม่รวมเบาะ) ปรับได้สูงสุด | 70 ซม. |
| และปรับได้ต่ำสุด | 50 ซม. |
| 3.5 สามารถปรับเตียงในท่าต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ | |
| 3.5.1 ส่วนรองรับหลังปรับระดับได้สูงสุด | 90 องศา |
| เป็นระบบแก๊สสปริง บังคับด้วยก้านบีบใต้พื้นเตียง | |
| 3.5.2 สามารถปรับยกเข้าโดยไทม์มูนได้สูงสุด | 40 องศา |
| 3.5.3 ปรับทำศีรษะต่ำเท้าสูงและศีรษะสูงเท้าต่ำได้สูงสุด | 16 องศา |
| 3.5.4 ปรับทำส่วนปลายเท้าสูงได้สูงสุด | 15 องศา |
| 3.6 ล้อมีหน้าสัมผัสแบบโค้งเพื่อลดแรงเสียดทานกับพื้น มีที่ครอบล้อโดยไม่มีรูของน็อตที่ | |
| ฝาครอบล้อเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 20 ซม. |
| 3.7 รวากันเตียงมีความสูง | 37 ซม. |
| และมีความยาว | 120 ซม. |

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

| | | | |
|---|-------|---|-----|
| 4.1 เบาะนอน | จำนวน | 1 | ชุด |
| 4.2 เสาเท้าเก็ลปรับได้ 2 ระดับและพับเก็บได้ | จำนวน | 2 | ชุด |
| 4.3 มือจับสำหรับเข็นเตียง | จำนวน | 1 | คู่ |
| 4.4 ที่ใส่ถังออกซิเจนแบบแขวน | จำนวน | 1 | ชุด |

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นเตียงใหม่ พร้อมติดตั้ง รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี
- 5.2 มีการสาธิตวิธีการใช้และการดูแลบำรุงรักษาให้กับผู้ใช้ ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้อง
- 5.3 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน

HOSPITECHบริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
Hospitech co., ltd.

สถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร: เลขที่ 223/1 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2361-7333 แฟกซ์ : 0-2361-7337
 Contacted Office : 223/1 Country Complex Building A, Sanphawut Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel. 66-2361-7333 Fax. 66-2361-7337
 ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 308 หมู่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 Head Office : 308 Moo 10, Sumrong, Prapadaeng, Samutprakarn 10130 Thailand



.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สี