

คุณลักษณะเฉพาะ

Syringe Plastic ขนาด ๓ ซีซี , ๕ ซีซี , ๑๐ ซีซี , ๒๐ ซีซี

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

คุณลักษณะทั่วไป กระจกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. กระจกฉีดยามีส่วนประกอบ ๓ ชิ้น คือ

๑.๑ กระจกฉีดยา (Barrel)

- ทำจากสาร Polypropylene (Medical Grade) : ชนิดโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นระดับยาในกระจกฉีดยา และตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่ายไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด มีขีดบอกปริมาตรเป็นมิลลิลิตร ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรชัดเจนไม่หลุดลอกและอ่านง่าย ที่ปลายกระจกฉีดยามีสัน(RIM) ป้องกันการหลุดของก้านฉีดยา(Plunger)

๑.๒ ก้านฉีดยา (Plunger)

- ทำจากสาร Polypropylene (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

๑.๓ ส่วนปลายก้านฉีดยา (Gasket)

- ทำจากสารสังเคราะห์พิเศษ Thermoplastic Elastomer (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด เป็นแบบ Double Ring Gasket ออกแบบพิเศษป้องกันไม่ให้ก้านฉีดยาหลุดจากกระจกฉีดยาได้ง่ายและป้องกันอากาศซึมผ่านรวมทั้งกันการรั่วไหลของน้ำยา (Leakage) เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ)

๑.๔ หัวต่อกระจกฉีดยามีทั้ง Slip Tip และ Lock Tip

๒. การบรรจุและการทำให้ปราศจากเชื้อ

กระจกฉีดยาแต่ละชิ้น บรรจุในซอง Blister Pack ชนิด Double Plastic Sheet ทั้ง ๒ ด้าน เพื่อป้องกันความชื้น ทำให้มีความปลอดภัยต่อการปนเปื้อนเชื้อในขณะ เปิดซอง และ บรรจุรวมในกล่องซึ่งมีฉลากภาษาไทยกำกับอยู่ ทำให้ปราศจากเชื้อโดย Electron Beam หรือ Gamma ray

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเพียงใจ เวชวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจรรพภัทร สุขุมลพิทักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพิสมัย สัตนาโค)

เงื่อนไขอื่นๆ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. ผู้ผลิตหรือผู้ยื่นต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ด้านการจัดเก็บและการจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยมีเอกสารประกอบ
3. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน 1 ปี ขึ้นไป
4. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา
5. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางเพียงใจ เวชวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจรรพัตร์ สุขุมลพิทักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางพิสมัย สัตนาโค)