



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๑๕๕๖

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๓๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอนครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายทรงพล ไชยแสง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางทองใส คงวัน)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)

หัวหน้า/ผู้แทนพัสดุ

(นายณรงค์ชัย สังขา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายชนากร จิตรชวลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
 ๒. บริษัท สยามเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิล เทคโนโลยี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายทรงพล ไชยแสง ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. นางทองใส คงวัน ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ลงชื่อ.....กรรมการ

เครื่องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบ HOPKINS II มุมมองภาพทิศ 30 องศา มีมุมมองภาพกว้าง (enlarged view) ขนาดลำกล้อง 4 มิลลิเมตร ความยาวใช้งาน 30 เซนติเมตร สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclavable) จำนวน 1 ชิ้น
2. ปลอกนอกสำหรับใส่ในท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ ขนาดเครื่องมือ 25 Fr. ประกอบด้วยแกนกลางซึ่งใส่ด้านใน และวาล์วน้ำข้อต่อแบบ LUER-Lock
จำนวน 1 ชิ้น
3. เครื่องมือปากคีบสำหรับขบนิ่ว (stone crushing forceps) ปลายปากทำงานเพียงข้างเดียว (single action jaws), สำหรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะขนาดลำกล้อง 4 มิลลิเมตร ความยาว 30 เซนติเมตร ทิศทางมองภาพที่ 30 องศาหรือ 12 องศา
จำนวน 1 ชิ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
2. ผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป

..... าสี
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ