



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๔๕๖๕

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Ureteroreno Scope

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๓๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Ureteroreno Scope จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Ureteroreno Scope จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

### ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอนครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Ureteroreno Scope ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายทรงพล ไชยแสง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศีลวัตร บุญนำ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวิโรจน์ ทาระขจัด)

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีตาแก้ว)  
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายณรงค์ชัย สังข์ชา)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ Ureteroreno Scope จำนวน ๑ เครื่อง  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
จำนวน ๔๖๐,๙๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  
เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
สืบราคาจากท้องตลาด
  ๑. บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
  ๒. บริษัท สยามเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด
  ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิล เทคโนโลยี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ๑. นายทรงพล ไชยแสง ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
  ๒. นายศีลวิทย์ บุญนำ ลงชื่อ.....กรรมการ
  ๓. นายวิโรจน์ ทาระขจัด ลงชื่อ.....กรรมการ

## คุณลักษณะเฉพาะ

1. เลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไตผ่านกล้อง (Uretero-Renoscope)  
จำนวน 1 ชิ้น
  - 1.1. เป็นกล้องส่องตรวจกรวยไตและท่อไต
  - 1.2. ส่วนปลายของกล้อง (distal end) เป็นชนิดไม่มีคม (atraumatically) ส่วนปลายมน (rounded tip)
  - 1.3. ปลอกนอกมีขนาดเล็ก (minimal sheath diameter)
  - 1.4. มีช่องน้ำเข้าขนาดใหญ่ (large central working channel) พร้อมด้วยวาล์วน้ำด้านขวาและซ้าย
  - 1.5. ช่องใส่เครื่องมือ สามารถใส่เครื่องมือได้ถึงขนาด 4 Fr.
  - 1.6. เลนส์ตามองภาพ (eyepiece) ทำมุมเอียงกับลำกล้อง (angled) เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น (more comfortable) และจับถือได้ง่าย (easy handling)
  - 1.7. ขนาดส่วนปลาย (distal tip) ขนาดไม่มากกว่า 6.5 Fr.
  - 1.8. ปลอกนอก (instrument sheath) มีขนาด 7 Fr. เป็นรูปทรงเรียว (conical) แบบ 1 step ขนาดตั้งแต่ปลายถึงโคนมีขนาดตั้งแต่ 7- 9.9 Fr.
  - 1.9. ขนาดของช่องใส่เครื่องมือ (central working channel) ขนาด 4.8 Fr.
  - 1.10. ส่วนปลายเลนส์ (telescope) มีทิศทางมองภาพที่ 6 องศา
  - 1.11. ความยาวใช้งาน (length) 43 เซนติเมตร
  - 1.12. เลนส์ตา (eyepiece) เป็นแบบทำมุมเอียงกับตัวกล้อง (angled)
  - 1.13. สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclavable)

## เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันความบกพร่องในการผลิตของโรงงานเป็นเวลา 1 ปี

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ