



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ ร อ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๔๖๙๙

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงไฟฟ้า Traction

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๓๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงไฟฟ้า Traction จำนวน ๓ เดียว ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงไฟฟ้า Traction จำนวน ๓ เดียว เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทน ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกรุงศรีฯ จัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอนครึ่งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓๖๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงไฟฟ้า Traction ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประชานกรรมการ

(นายชวัชชัย ออมรมรกต)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรพล จำรูญวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอรทัย สิริวัฒนพงษ์)

(นางสาววิริยา วงศ์ศิรากาน)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายธงศักดิ์ สังชา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายธนากร จิรชวาลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

(นายชาญชัย จันทร์รัชยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เตียงไฟฟ้า Traction จำนวน ๓ เตียง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สีบรากาจากห้องตลาด
 ๑. บริษัท โอลีฟอุปกรณ์ทางแพทย์ จำกัด
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาระ มเดคอล
 ๓. บริษัท แอกโอลเมด จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายธวัชชัย อุ่มนรรถ	ลงชื่อ.....	ผู้อำนวยการ
๒. นายวรพล จำรูญวงศ์	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นางอรทัย สิริวัฒนพงษ์	ลงชื่อ.....	กรรมการ

ผู้อำนวยการ

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้าสีฟังก์ชันแบบอัตโนมัติพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ยี่ห้อ OLIVE รุ่น OM193ot

1. ความต้องการ: เติบโตปัจจัยชนิดสี่ไปปรับด้วยมือหมุนสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก โดยมีอุปกรณ์ประกอบ และคุณสมบัติตามข้อกำหนด
 2. จุดประสงค์: เพื่อให้เป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก นอนพักในห้องทั่วไป สามารถควบคุมการทำงาน พึงก์ชั่นต่าง ๆ ด้วยระบบมือหมุน ได้สะดวกกับผู้ใช้งาน และปลอดภัย สอดคล้องกับศรีระ และอธิบายบทของผู้ป่วย
 3. คณลักษณะเฉพาะ:

3. គុណភាពកម្មណ៍នេរបារោង

- 3.1 ขนาดเตียง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 210 เซนติเมตร ขนาดความสูงอยู่ในช่วง 46-74 เซนติเมตร

3.2 โครงสร้างเตียง

- ### 3.2.1 ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน

- 3.2.2 มีการตัดเชื่อมต่อด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รอยเชื่อมเรียบร้อย

- 3.2.3 สามารถรับน้ำหนักโดยสามารถปรับการทำงานเตียงได้ตามปกติไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม

3.3 พื้นเตียง

- ### 3.3.1 ส่วนรองรับผลิตด้วยเหล็กปั๊มขึ้นรูปเจาะรูเพื่อช่วยระบายอากาศ

- 3.3.2 มีขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 85 x 190 เซนติเมตร แบ่งเป็น 4 ตอน โดยพื้นเตียงเป็นแบบโถงมุน

3.4 หัวเตียงและท้ายเตียง

- ### 3.4.1 เป็นพลาสติกจีดขึ้นรูปของมนุษย์

- 3.4.2 มีขนาดกว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า 90×45 เซนติเมตร

- 3.4.3 มีช่องมือจับสามารถถอดออก และสามารถใช้ได้ง่ายและล็อกอัตโนมัติ

3.5 ราวกั้นเตียง

- ### 3.5.1 เป็นรากนั้นแบบพับสไลด์ ทำจากอลูมิเนียมและซีท์ทำจากสแตนเลส

- ### 3.5.2 แบ่งออกเป็นสองข้าง ไว้กันคน ไข้ตกรากเตียง

- 3.5.3 ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 36×148 เซนติเมตร

- 3.5.4 ถ้ายกราบกันขึ้นจนสุดจะลือกอ้อตโนมัติ และสามารถปลดล็อกได้โดยง่าย

3.6 ດັ່ງ

- ### 3.6.1 เป็นระบบแกนกระบอก 4 ล้อ

- 3.6.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12.5 เซนติเมตร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำห้องเรียน ประจำชั้น ประจำวัน

3.6.3 ส่วนล้อหุ้มด้วยยางและพลาสติกสังเคราะห์อย่างดี

3.6.4 มีระบบล็อกล้อแบบเข็นทรัลล็อก บริเวณด้านท้ายเตียง

3.7 บาร์และเสาสำหรับพยุงผู้ป่วย

3.7.1 บาร์ทำจากอลูมิเนียมแบบท่อแป๊ปเหลี่ยมความยาว 210 ซม. จำนวน 1 คู่

3.7.2 เสาทำจากอลูมิเนียมแบบท่อแป๊ปเหลี่ยมความยาว 150 ซม. จำนวน 4 ต้น

3.7.3 คานทำจากอลูมิเนียมแบบท่อแป๊ปเหลี่ยมความยาว 90 ซม. จำนวน 3 คาน

3.7.4 ตัวประกนล็อกด้วยน็อตไข้มือหมุนระหว่างบาร์ คาน และเสาทำจากพลาสติกไม่แตกง่าย

3.7.5 ชุดลูกกลองจำนวน 4 ตัว สามารถถอดประกอบตั้งได้หลายตำแหน่ง

3.7.6 มีจับพยุงปรับระดับได้สำหรับผู้ป่วย 1 คู่

3.8 ระบบควบคุม

3.8.1 ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าไฮดรอลิกแบบ 4 พังก์ชัน พร้อมเบ็ตเตอร์ี่สำรองใช้ได้ยามฉุกเฉินไฟดับ

3.8.2 ปรับระดับหลัง ได้ไม่น้อยกว่า 0 – 75 องศา กับแนวราบ

3.8.3 ปรับระดับข้อเข่าด้านซ้าย ได้ไม่น้อยกว่า 0 – 35 องศา กับแนวราบ

3.8.4 ปรับระดับข้อเข่าด้านขวา ได้ไม่น้อยกว่า 0 – 35 องศา กับแนวราบ

3.8.5 ปรับระดับเตียง ปรับต่ำสุดได้ไม่เกิน 46 ซม. ปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 74 ซม.

4. ส่วนประกอบ:

4.1 ที่นอน

4.1.1 ทำด้วยวัสดุ PU Foam Medical Grade ขึ้นรูปเป็นรีชเดียร์แบบสี่ต่อนแยกขาสองขา

4.1.2 ที่นอนมีขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 190 x 7.5 เซนติเมตร

4.1.3 ปลอกหุ้ม ทำจากหนังเทียมอย่างดี มีชิบสามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้

4.1.4 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตที่นอนสำหรับเตียงผู้ป่วยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4.2 เสาแน็กล็อต จำนวน 1 ต้น ปรับระดับสูง-ต่ำได้แบบ 2 ขอพร้อมช่องเสียบอย่างน้อย จำนวน 4 จุด

5. เงื่อนไขเฉพาะ :

5.1 สินค้าที่จะส่งมอบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานและสภาพมากร่อน

5.2 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 2 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบของครบ

5.3 ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบริการผลิตเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศไทย ต้องมีเอกสารยืนยันจากสำนักเครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา

ลายเซ็น
ประ Rath
กรรมการ
กรรมการ

- 5.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายภายใต้กฎหมายของประเทศไทยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 5.5 เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ผู้ผลิตมีใบรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO13485, ISO45001, ISO14001
- 5.6 ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการ นำเข้า เครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากสถานประกอบการ นำเข้า เครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เอกสาร
ประชานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบรูปเค็มตัวล้อคเดียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้าสีฟังก์ชันแบบอัตโนมัติพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ
ยี่ห้อ OLIVE รุ่น OM193ot



A dark grey, textured folding chair or stool, shown in an open and closed state. The top part is a rectangular seat with a fine woven texture, supported by a central fold. The bottom part consists of two rectangular panels that fold together to form a flat base. The entire unit is made of a dark, possibly black or dark grey, fabric or material.

4.1 ที่นอนทำด้วยวัสดุฟองน้ำหุ้มด้วยปลอกหนังเทียมแบบ 4 ตอนแยกขา 4.2 เส้น้ำเงือก

*S
In
one*

ประชานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ