



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๒๗๒

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วย จำนวน ๔๓ เตียง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วย จำนวน ๔๓ เตียง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วย จำนวน ๔๓ เตียง เป็นเงิน ๑,๘๘๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ หมวด จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยจำนวน ๔๓ เตียง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางพรรณณี อารีเอื้อ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางจารุพัศตร์ สุขุมลพิทักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกัลยา ภูกลาง)

นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีตาแก้ว

(นายณรงค์ชัย สังชา)

นายธนากร จิรชวลา

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๑

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน ๔๓ เตียง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๒,๓๖๕,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑,๔๔๔,๕๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.แพร์มาร์เก็ตติ้ง (สำนักงานใหญ่)
 ๒. บริษัท ซีทีอาร์ ๓๓๓ จำกัด
 ๓. บริษัท สุวรรณภูมิ เมดิคอล จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางพรรณิ อารีเอื้อ ลงชื่อ.....*อลิษา*.....ประธานกรรมการ
 ๒. นางจรรุพัตร์ สุขุมลพิทักษ์ ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ
 ๓. นางกัลยา ภูกลาง ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วย

๑. ความต้องการ เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้สำหรับให้ผู้ป่วยนอนพักรักษา

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ ๓ มอเตอร์(Superlene Nylon (Nylon ๖) Specific gravity ISO ๑๑๘๓)

๓.๒ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ V AC ความถี่ ๕๐/๖๐ Hz พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์มาตรฐาน IEC ๖๐๙๓๔, IEC ๖๑๐๕๘ Standard Cable IEC ๖๐๒๒๗

๓.๓ สามารถควบคุมการปรับท่าทางต่างๆของเตียง ด้วยระบบรีโมทคอนโทรล

๓.๔ เตียงมีโครงสร้างแข็งแรงผลิตจากโลหะเคลือบสี มาตรฐานโรงงานไม่น้อยกว่า ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖, มาตรฐาน CE การผลิต Medical Devices EN ISO ๑๔๙๗๑:๒๐๑๒, EN ISO ๑๕๒๒๓-๑:๒๐๑๖, EN ๑๐๔๑:๒๐๐๘, EN ๖๐๖๐๑-๑:๒๐๐๖/A๑:๒๐๑๓, EN ๖๐๖๐๑-๑-๒:๒๐๑๕, EN ๖๐๖๐๑-๒-๕๒-๒๐๑๐ โดยระบุข้อความ Hospital bed และแสดงรุ่นชัดเจนในเอกสาร (เอกสารแสดงในวัน)

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เตียงมีขนาดความกว้าง ๙๕๐ มม. และมีความยาว ๒,๑๕๐ มม. โดยพื้นเตียงแบ่งเป็น ๔ ตอนและมีรูระบายอากาศ

๔.๒ ราวกันแบบปีกนกเตียงทำจากวัสดุ ABS มีปุ่มกดควบคุมการทำงานฝั่งติดตรงราวปีกนกทั้ง๒ด้านจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ จุด พร้อมตัววัดระดับองศาได้ ราวเตียงมีขนาด ยาว ๑,๐๔๗ มม. และ สูง ๔๓๒ มม. สามารถปรับขึ้น-ลง ได้เป็นอิสระและมีอุปกรณ์ป้องกันราวกันเตียงกดทับนิ้วมือและสายท่ออย่าง ขณะปลดราวกันเตียงลง

๔.๓ เตียงสามารถปรับท่า พร้อมไฟ LED แสดงสถานะการทำงานการปรับท่า ได้ดังนี้

๔.๓.๑ ปรับท่ายกแผ่นหลังได้ ตั้งแต่ ๐-๗๕ องศา (Back raise)

๔.๓.๒ ปรับท่ายกเข้าได้ตั้งแต่ ๐-๔๐ องศา (Knee raise)

๔.๓.๓ ปรับระดับต่ำสุดได้ที่ ๔๘๐ มม. และสูงสุดที่ ๗๘๐ มม. (Lo-Hiadjustment) โดยวัดจากระดับ พื้นเตียง

๔.๓.๔ ปรับท่านั่งแบบอัตโนมัติ(Auto Contour)ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว โดยขณะที่ปรับเตียงยกศีรษะ สูงขึ้นส่วนเข้าจะยกสูง

๔.๓.๕ มีคันโยกฉุกเฉิน (CPR lever) ด้านข้างเตียงทั้ง ๒ ด้าน เพื่อปรับแผ่นหลังของเตียงในแนวราบอย่างรวดเร็วในกรณีต้องช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

๔.๓.๖ ปรับเตียงราบอัตโนมัติ (Electric CPR Function) ไม่ว่าเตียงจะอยู่ในท่าไหน เตียงจะถูกปรับให้นอนราบอย่างรวดเร็ว ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว




๔.๔ พื้นเตียงพลาสติกABSป้องกันไฟฟ้าสถิตและการลุกลามของไฟป้องกันแบคทีเรียสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

๔.๕ ส่วนพนักหัวเตียงและท้ายเตียง (Head and Foot Board) ทำจากพลาสติกชนิด พอลิโพรไพลีน (Polypropylene) สามารถถอดประกอบได้สะดวก และมีระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อนามาประกอบ กับตัวเตียง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าที่

๔.๖ มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ และกันชนติดตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ของเตียงเพื่อป้องกันการกระแทกกระหว่างเข็นเคลื่อนย้าย

๔.๗ มีระบบล็อคล้อพร้อมกันทั้ง ๔ ล้อ (Central locking system) แบบคานเหยียบติดตั้งอยู่ปลายท้าย เตียงตรงกลาง

๔.๘ ล้อของเตียงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางพรณี อารีเอื้อ) (นางจรรุพัตร์ สุขุมาลพิทักษ์) (นางกัลยา ภูกลาง)

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ เสื่อน้ำเกลือชนิดปรับระดับได้ พร้อมขอแวน ๔ ขอ พับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน จำนวน ๑ ชุด/เตียง

๕.๒ ที่นอนเมมโมรี่โฟมป้องกันแผลกดทับ ขนาด ๘๘ x ๑๘๘ cm. หนา ๘.๕ cm. จำนวน ๑ชุด/เตียง

ที่นอนชนิดป้องกันแผลกดทับ (Pressure Reduction Mattress) หุ้มด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงช่วยลดแรงเสียดทาน , กัน น้ำ (Water proof) และป้องกันแบทีเรียตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ผลการทดสอบการติดไฟได้ตามมาตรฐาน BS EN ๕๙๗-๑ : ๑๙๙๕ , BS EN ๕๙๗-๒ : ๑๙๙๕

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือบริษัทผู้จำหน่าย (ให้แนบมาในซองในวันที่ยื่นซอง)

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับจริงที่ระบุรายละเอียดที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อม หมาย เครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในที่เสนอราคาให้ ชัดเจนทุกรายการ

๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการนำเตียงมาให้โรงพยาบาลทดลองใช้งานและมีใบประเมินการใช้งาน ก่อนวันยื่นเสนอราคา (ให้แนบมาในวันที่ยื่นซอง)

๖.๔ เตียงนอนผู้ป่วย รุ่นที่นำมาเสนอจะต้องผ่านการนำเข้ามาและต้องมีหนังสือประกอบการนำเข้า โดยระบุรุ่น หรือรหัส ที่ชัดเจน ในเอกสารใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อ.ย.) (ให้แนบมาในวันยื่นซอง)

๖.๕ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๒ ปี นับจากวันตรวจรับ

๖.๖ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเตียงเป็นภาษาไทยมอบให้พร้อมเตียง ๑ ชุด


๖.๗ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า ๕ ปี


๖.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการติดตั้ง, สาธิต, แนะนำการใช้งาน และสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นพร้อมการ บำรุงรักษาแก่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ


๖.๙ ในระยะรับประกันคุณภาพ หากเกิดข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ และผู้ขายต้องทำการ แก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไขไม่ได้ ทางผู้ขายต้องมีสำรองให้ ใช้งานจนกว่าจะซ่อมเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๑๐ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๔๓ เตียง เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นางพรรณณี อารีเอื้อ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางจารุพัทธ์ สุขุมลพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางกัญญา ภูกลาง)