



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๑๒๐๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Thoracic Suction จำนวน ๑๐ ชุด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Thoracic Suction จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Thoracic Suction จำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๒) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Thoracic Suction จำนวน ๑๐ ชุดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางบุษกร วรพัฒน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางพรรณณี วงศ์อำมาตย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางพรรณณี อารีเอื้อ)

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์ลีดาแก้ว)




หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายณรงค์ชัย สังข)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อ Thoracic Suction จำนวน ๑๐ ชุด
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท ไฟกัส เมดิคอล จำกัด
 ๒. บริษัท พีพีที เมดิคอล ซัพพลายส์ จำกัด
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางบุษกร วรพัฒน์ ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒. นางพรรณณี วงศ์อำมาตย์ ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓. นางพรรณณี อารีเอื้อ ลงชื่อ..........กรรมการ



Part No. 03-1-7742

Diamond Thoracic Suction Controller -60kPa

วัตถุประสงค์การใช้งาน

- ชุดควบคุมและปรับแรงดูดของเหลวในทรวงอก รุ่น Diamond สำหรับใช้งานร่วมกับระบบไปป์ไลน์
ก๊าซทางการแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะ

- Suction Controller ที่ตัวเครื่องมีสีเขียวใช้ดูดทรวงอก (Thoracic Suction)
- หน้าปัดแรงดูดสูญญากาศเป็นแบบ Analog มีขีดพร้อมตัวเลขแสดงค่าแรงดูดตั้งแต่ 0 - 70 cmH2O สามารถควบคุมแรงดูดได้ตั้งแต่ 0 ถึง - 60 cmH2O หน้าปัดหมุนจากขวาไปซ้าย
- มีช่องทางสำหรับต่อเข้าระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์ที่ด้านหลัง
- มีระบบป้องกันของเหลวล้นเข้าเครื่อง (Diamond Protector) ติดอยู่ได้ชุด Suction Controller เป็นชนิด Hydrophobic Filter ป้องกันการปนเปื้อน มีลักษณะเป็น โคนต่อเข้ากันสายยางดูดของเหลว
- มีปุ่มเปิด-ปิด ด้านข้างของตัวเครื่อง แยกกับลูกบิดปรับแรงดูดที่อยู่ด้านบน มีขีดบอกระดับสำหรับหมุนปรับแรงดูดจากต่ำไปสูง
- เป็นผลิตภัณฑ์ Therapy Equipment Ltd จากประเทศอังกฤษ มาตรฐาน ISO 13485
- ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานยุโรป CE Mark (European Conformity)
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

อนุมัติ	๒๓ กุมภาพันธ์	อรุณรัตน์	ประธานกรรมการ
อนุมัติ	๒๓	กรรมการ
อนุมัติ	๒๓ กุมภาพันธ์	อานัฐ	กรรมการ