



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๒๖๖๐

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิก จำนวน ๑ เตียง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๙๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิก จำนวน ๑ เตียง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิก จำนวน ๑ เตียง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๒) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิก จำนวน ๑ เตียง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางพรรณณี แสงอินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุเพ็ญทิพย์ ทิพย์ประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางจุฑาลักษณ์ แก้วมะไฟ)

(นางสาววิภาวดี วงษ์สีตามแก้ว)

นายธนากร จิรชวาลี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ




รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๑


(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เตียง หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด	
๑. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด	
๒. บริษัท กู๊ดวิว อินสตูเม้นท์ จำกัด	
๓. บริษัท สิทธิผลการแพทย์ จำกัด	
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๑. นางพรรณณี แสงอินทร์	ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. นางสุเพ็ญทิพย์ ทิพย์ประเสริฐ	ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. นางจุฑาลักษณ์ แก้วมะไฟ	ลงชื่อ..... กรรมการ




บริษัท ยูนิเวลล์เฮลท์ ควอลิตี้ จำกัด

22 ซอยรามคำแหง 8 แยก 2 (ห้าพี่น้อง) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2314-1500 (อັด โนมีติ 10 คู่สาย) โทรสาร. 0-2314-1800 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536042709

ใบเสนอราคา



เรียน ท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	เลขที่ UQ 6602 - 000092	วันที่ 03/02/2566
โทร. 043-518200 โทรสาร	ยื่นราคาภายใน(วัน) 30 วัน	Expire Date 03/03/2566
	จำนวนวันเครดิต 30 วัน	วันที่กำหนดส่ง 04/05/2566

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
Transcend-HD	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิก ----- หมายเหตุ- - ผลิตภัณฑ์ UQ ประเทศไทย - รับประกันสินค้า 1 ปี - ราคาสินค้าที่เสนอนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว	1	เตียง	120,000.00		120,000.00
หมายเหตุ	- เงื่อนไขการชำระเงิน เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งสินค้า			รวมเงิน		120,000.00
	- ยื่นราคาสินค้า 30 วัน, กำหนดส่งสินค้าภายใน 90 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ			ส่วนลดการค้า		
				เงินหลังหักส่วนลด		112,149.53
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		7,850.47
	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			จำนวนเงินทั้งสิ้น		120,000.00

_____ ผู้อนุมัติชื่อ วันที่ ____ / ____ / ____	โอกาส ชิ่งคุณธนา มือถือ : 097-225-7060 _____ (คุณโอกาส(อ) ชิ่งคุณธนา) พนักงานขาย วันที่ 03 / 02 / 2566	_____ ผู้จัดการฝ่ายขาย วันที่ 03 / 02 / 2566
--	---	--



บริษัท กู๊ดวิว อินสตรูเมนต์ จำกัด

189/118 ถนนประชาศรีสมุทร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เลขประจำตัวเสียภาษี 0105550079312

ใบเสนอราคา

วันที่ 06/02/2023

ใบเสนอราคาเลขที่ GV2302-00016

เรียน ท่านผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เครดิต 30 วัน ,กำหนดส่งสินค้า 90 วัน

ราคาสินค้าที่เสนอนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

ลำดับที่	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน		ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	G-H5I	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิก	1	เตียง	130,000.00	130,000.00
					ราคาสินค้า	121,495.33
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,504.67
					รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	130,000.00

หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเบญจมาศ สุวรรณฤกษ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สิทธิผลการแพทย์ จำกัด

128 หมู่บ้านจตุรพักตรพิมาน ถนนแสบปีแสบต๋อง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550050624



ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เลขที่
วันที่

ST-202300078

06/02/2023

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจในสินค้าของบริษัทฯ และมีความยินดีขอเสนอราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ลำดับที่	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน		ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ST-8003T	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก	1	เตียง	135,000.00	135,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	9,450.00
					รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	135,000.00

หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน

- หมายเหตุ :
- ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย
 - เงื่อนไขการชำระเงิน เครดิต 30 วัน
 - ยื่นราคาสินค้า 30 วัน , กำหนดส่งสินค้าภายใน 90 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
 - ราคาสินค้าที่เสนอนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว



เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระบบไฮดรอลิก

Transcend-HD

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงเคลื่อนย้ายคนไข้ ระบบไฮดรอลิก ที่สามารถปรับเป็นเตียงรอสังเกตอาการหรือเตียงรถเข็นผู้ป่วยได้

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม.

2.2 ปรับระดับส่วนหลังเป็นทำนั่งด้วยโซ่คัพแก๊ส โดยใช้มือปรับ

2.3 ปรับพนักส่วนที่วางเท้าได้

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงพ่นเคลือบสีอย่างดี สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

3.2 ล้อ 4 ล้อ เป็นระบบล็อกล้อ 3 ระบบ คือ ล็อก , ปลดล็อก , และล้อตรง (Steer) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว เป็นระบบ Central Lock ล็อกทีเดียวทั้ง 4 ล้อ โดยใช้เท้าปรับบริเวณมุมล้อทั้ง 4 ล้อ

3.3 ฐานเตียงผลิตจากเหล็กพ่นเคลือบสี หุ้มด้วยพลาสติกขึ้นรูปขนาดกว้าง 53 ซม. ยาว 95 ซม.

3.4 เสาคอลัมน์แบบเดี่ยวหุ้มด้วยข้อย่นปรับยืดหดได้ ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง

3.5 พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ส่วน ในส่วนรองรับแผ่นหลังปูทับด้วยแผ่นลามิเนต สามารถเอกซเรย์ผ่านได้

3.5.1 ศีรษะขนาดกว้าง 50 ซม .x ยาว 30 ซม.

3.5.2 ส่วนแผ่นหลังขนาดกว้าง 50 ซม .x ยาว 60 ซม.

3.5.3 ส่วนรองรับสะโพกขนาดกว้าง 50 ซม .x ยาว 60 ซม.

3.5.4 ส่วนท่อนขาขนาดกว้าง 30 ซม .x ยาว 60 ซม.

3.5.5 ส่วนรองรับปลายเท้าขนาดกว้าง 20 ซม .x ยาว 50 ซม.

3.6 ราวข้างเตียง ระบบโซ่คัพแก๊สผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ขนาด กว้าง 38 ซม. ยาว 87 ซม. สูงจากพื้นเบาะ 35 ซม. มีช่องมือจับ ราวข้างเตียงและมีที่วัดองศา

3.7 มือจับช่วยเข็น ติดตั้งบริเวณหัวเตียงปรับระดับได้โดยมีปุ่มล็อก ปลดล็อก

3.8 มีที่นอนขนาดพอดีกับเตียงหนา 5 cm. หุ้มหนังเทียม

3.9 การปรับระดับ

3.9.1 ปรับระดับหลังขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 85 องศา ด้วยระบบ โซ่คัพแก๊สโดยใช้มือปรับ

3.9.2 ปรับระดับศีรษะได้ประมาณ 12 องศา จากแนวราบ ด้วยระบบ โซ่คัพแก๊สโดยใช้มือปรับ

3.9.3 ปรับระดับเตียงต่ำสุดได้ไม่เกิน 58 ซม. รวมเบาะ สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 85 ซม. รวมเบาะด้วย

ระบบไฮดรอลิกโดยใช้เท้าปรับ

3.9.4 สามารถปรับระดับเป็นเก้าอี้หนึ่งได้

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

4. เจ็อนไขเฉพาะ

4.1 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ