



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๖๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผอ.จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๒) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสดาวรรณ อมรมรดก)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวธัญกร วิเชษฐพงษ์)

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีตมแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นายธนกร จิระขวลา




รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน็นซ์ (สำนักงานใหญ่)
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสเอส อิมพอร์ต
 ๓. บริษัท ด็อกเตอร์ สมายล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางลดาพรรณ อมรมรกต ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒. นายเอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓. นางสาวธัญกร วิเชษฐพงษ์ ลงชื่อ..........กรรมการ

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมือทางทันตกรรม และเครื่องมือทางการแพทย์

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 230 V 50/60 Hz

2.2 มีน้ำหนักประมาณ 47 กิโลกรัม

2.3 ขนาดของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ กว้างประมาณ 445 x ยาวประมาณ 585 x สูงประมาณ 440 มิลลิเมตร

2.4 ขนาดของห้องนึ่ง (Chamber) Ø 240 x 384 มิลลิเมตร

2.5 ความจุของห้องนึ่ง (Chamber) เท่ากับ 17.5 ลิตร

2.6 ส่วนของห้องนึ่ง (Chamber) ทำมาจาก Copper ซึ่งสามารถนำความร้อนได้สูง

2.7 Max load: 4 kg (Solid), 1.5 kg (Porous)

2.8 มีระบบป้องกันความร้อนเกิน, ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน และระบบป้องกันแรงดันเกิน

2.9 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิดที่สามารถทำการฆ่าเชื้อได้ไม่ว่าจะเป็น Solid, Hollow, Wrapped, Porous, Textile (Autoclave Class B)

2.10 ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001, ISO13485 และ CE





2.11 มีหน้าจอดิจิทัลสำหรับแสดงผลการทำงาน และแจ้งเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาด

2.12 สามารถบันทึกข้อมูล Sterilization cycle ลง USB ได้

2.13 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

2.14 มีเอกสารอนุญาตประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานของทางราชการอย่างเป็นทางการ

3. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในกล่องเรียบร้อยแล้วพร้อมอุปกรณ์

✓  ส
✓  15
✓  กรรมการ
✓  กรรมการ